

**VICTOR**<sup>®</sup>  
胜利仪器

VICTOR 4092A/4092B/4092C/4092D/4092E

# LCR数字电桥

## 使用手册

[www.china-victor.com](http://www.china-victor.com)



深圳市驿生胜利科技有限公司

SHENZHEN YISHENG VICTOR TECH CO.,LTD

# 目 录

一、 安装 .....	2
1.1 开箱检查 .....	2
1.2 电源连接 .....	2
1.3 保险丝 .....	2
1.4 周围环境 .....	2
1.5 使用测试夹具 .....	3
1.6 预热和连续工作时间 .....	3
1.7 仪器的其它特性 .....	3
二、 产品介绍 .....	3
2.1 主要特点 .....	3
2.2 前面板介绍 .....	3
2.3 后面板介绍 .....	5
2.4 屏幕区域 .....	5
2.5 基本操作 .....	6
2.6 显示格式 .....	7
三、 基本测量 .....	10
3.1 测量设置页面 .....	10
3.2 用户修正页面 .....	17
3.3 极限列表设置页面 .....	25
3.4 列表扫描设置页面 .....	30
四、 系统配置 .....	32
4.1 系统信息页面 .....	32
4.2 系统配置页面 .....	33
4.3 系统自检 .....	38
4.4 系统升级 .....	39
4.5 自校准 .....	40
五、 存储/调用 .....	40
六、 技术指标和性能测试 .....	43
6.1 技术指标 .....	44
6.2 选件 .....	53
6.3 一般技术要求 .....	53
6.4 性能测试 .....	54
七、 Handler 接口使用说明 .....	56
八、 电路原理和公式 .....	61
九、 注意事项和保修 .....	65

# 1. 安装

本章讲述当您收到仪器后必须进行的一些检查，并且在安装使用仪器之前必须了解和具备的条件。

## 1.1 开箱检查

感谢您购买和使用我公司产品，在您使用本仪器前请首先根据说明书最后一章“保修”的事项进行确认，若有不符可尽快与我公司联系，以维护您的利益。

## 1.2 电源连接

- (1) 供电电压范围：200V~240V。
- (2) 供电频率范围：50Hz~60Hz。
- (3) 供电功率范围：小于20w。
- (4) 电源输入相线L、零线N、地线E 应与本仪器电源插头相同。
- (5) 本仪器已经经过仔细设计以减少因AC 电源端输入带来的杂波干扰，然而仍应尽量使其在低噪声的环境下使用，如果无法避免，请安装电源滤波器。

警告：为了防止漏电对仪器或人造成伤害，用户必须保证供电电源的地线可靠接到大地。

## 1.3 保险丝

仪器出厂已配备了保险丝，用户应使用本公司配备的保险丝。

## 1.4 周围环境

- (1) 请不要在多尘、多震动、日光直射、有腐蚀气体下使用。
- (2) 仪器正常工作温度 0℃~40℃,湿度 15%至 85%，因此请尽量在此条件下使用仪器，以保证测量的准确度。
- (3) 本仪器已经经过仔细设计以减少因 AC 电源端输入带来的杂波干扰，然而仍应尽量使其在低噪声的环境下使用，如果无法避免，请安装电源滤波器。
- (4) 仪器长期不使用，请将其放在原始包装箱或相似箱子中储存在温度为 0℃~40℃，相对湿度不大于 85%RH 的通风室内，空气中不应含有腐蚀测量仪的有害杂质，且应避免日光直射。
- (5) 仪器特别是连接被测件的测试导线应远离强电磁场，以免对测量产生干扰。

## 1.5 使用测试夹具

请使用本公司配备的测试夹具或测试电缆，用户自制或其他公司的测试夹具或测试电缆可能会导致不正确的测量结果。仪器测试夹具或测试电缆应保持清洁，被测试器件引脚保持清洁，以保证被测器件与夹具接触良好。

将测试夹具或测试电缆连接于本仪器前面板的 Hforce、Hsense、Lsense、Lforce 四个测试端上。对具有屏蔽外壳的被测件，可以把屏蔽层与仪器地相连。

注：没有安装测试夹具或测试电缆时，仪器将显示一个不稳定的测量结果。

## 1.6 预热和连续工作时间

(1) 为保证仪器精确测量，开机预热时间应不少于 30 分钟；持续工作时间应不多于 16 小时。(2) 请勿频繁开关仪器，以引起内部数据混乱。

## 1.7 仪器的其它特性

(1) 功耗：小于 20w。(2) 外形尺寸：330mm\*285mm\*136mm (长\*宽\*高)


## 产品介绍

本章介绍了仪器的主要特点、前后面板、开机顺序和夹具连接。

### 主要特点

1. 10Hz~1MHz 宽广的测试频率
2. 6 位半测量分辨率
3. 内部±2V 直流偏置电压
4. 0.05%基本测量准确度
5. 自动、手动、外部触发和总线触发测量
6. 双测量显示
7. 以绝对值形式测量，或基于基准值的偏差形式测量
8. 精确的四线夹具
9. 组件分类
10. 高达±60V 的直流外部偏置电压
11. 内部存储器
12. 7 寸液晶彩屏显示
13. 直观的用户界面，全面的测试功能
14. 提供 RS232, HANDLER, GPIB, LAN, USB 接口

### 前面板介绍



### (1) 电源开关

用于选择电源的通电和断电状态。接通时，开关呈黄白色，所有工作电压都加到仪器上。切断时，开关呈暗红色，没有工作电压加到此仪器上。

### (2) 7 寸彩屏

7 寸彩屏显示测量结果、测试条件等。

### (3) 功能键

有 6 个功能键用于选择测量条件和参数功能。每个功能键的左侧都有一个功能键标记。

### (4) 功能快捷键

有 6 个功能快捷键，用于方便的选择测量条件和参数功能。

【MODE】键用于测量对象的组合方式选择和设定;【FREQ】键用于测量信号频率的选择和设定;【SPEED】键用于测量速度的选择和设定;【LEVEL】键用于测量信号电平的选择和设定;【RANGE】键用于量程方式的选择和设定;【BIAS】键用于内部电压的选择和设定

### (5) 菜单键

菜单键用于获得仪器控制的相应选择。

【Display Format】键 显示测量结果;【Meas Setup】键设置测量条件、修正、BIN 分类的极限值和列表扫描参数值;【System】键显示系统信息，设置系统参数，自检，升级和自校准;【Save】键保存、编辑或删除信息，保存测量结果和屏幕图像;【Recall】键加载或删除信息;【Local】键对当前面板上的硬件和功能键锁定与解锁，及切换至本地模式。

### (6) 光标键

光标键用来在显示页面上将字段选择从一个字段移动到另一个字段。当光标移动到某个字段时，该字段便变为与原有字段相反的视频图像。光标只能在字段之间移动。

### (7) 输入键

输入键用来向本数字电桥中输入数字数据。输入键包含 0~9 的数字、小数点 (.)、加号/减号 (+/-)、确定键和取消键。按下确定键将终止数字输入，取消键可以使当前输入无效，【←】键可以删除当前光标所指字符。

### (8) 触发键

触发键用来手动触发一次测量，该键仅在手动触发模式下有效。

### (9) 待测终端

待测终端用来连接测量被测件 (DUT) 的四端对测试夹具或测试引线。


### (10) USB 接口

USB 接口可插入外部 USB 存储设备，如 U 盘，并将数据保存到 USB 存储器中。

### (11) 接地端子

接地端子和机器内部信号地直通，可以用于外部待测元件的金属外壳屏蔽。

## 后面板介绍



### (1) GPIB 接口连接器

通用接口总线（GPIB）。通过此连接器来连接外部控制器和其它设备，能构成自动测量系统。注意：100kHz 及以下的规格其 GPIB 接口是选配的。

### (2) RS232C 串行接口

串行通信接口，能够通过外部 PC 机控制此仪器。

### (3) HANDLER 接口连接器

此接口通过生产线上使用的自动机器进行元件分类。

### (4) 以太网接口

连接到 LAN（局域网）的端口。将此仪器与 LAN 连接，能够通过外部 PC 机控制此仪器。

### (5) USB 接口端口

连接到 PC 的 USB 的端口。将此仪器与 PC 的 USB 端口连接，能够通过 PC 机控制此仪器。

### (6) 外部偏置接口

在外部偏置模式下，偏置电压的输入端口。

### (7) 电源接口

连接电源的插座，应使用所提供的带有接地线的三相电源线。

## ■ 屏幕区域

这部分描述本数字电桥的 7 寸彩屏上各部分的名称与功能。

屏幕显示如图



### (1) 显示页面区域

说明当前显示页面的显示名称。

### (2) 功能键区域

显示与字段相对应的功能键标记。

### (3) 测量数据/条件区域

显示当前测量条件和测量结果信息。

### (4) 输入区域

显示利用输入键输入的数字值。



### (5) 系统消息区域

显示系统消息，警告和错误消息。

### (6) 状态显示区域

显示任何前面板锁定时的状态。

## ■ 基本操作

本数字电桥的基本操作描述如下：

- 1.使用菜单键和功能键显示所需的页面。
- 2.使用光标键将光标移动到所需的字段。当光标移动到特定字段时，该字段变为与原有字段相反的视频图像。光标可在字段之间移动。部分常用参数设置可以用功能快捷键

来更加方便地选择所需字段。

3.与光标指示的字段对应的功能键标记将自动显示。按下所需的功能键。

使用输入键输入数字数据。按下一个输入键时，功能键将变成为可用的单位功能键，按下这些单位功能键或确定键将终止数字输入。

## ■ 显示格式

### (1) 元件测量显示页面

按【Display Format】键，屏幕将显示元件测量显示页面。用户可在该页面上设置以下测量控制。

1.功能 2.偏置 3.量程 4.频率 5.偏幅 6.触发 7.电平 8.速度



设置测量功能的步骤:

- 按【Display Format】键。
- 按【测量显示】功能键。
- 使用光标键选择相关设置参数数字段如“功能”（部分常用参数设置可通过对应功能快捷键来选择相应参数数字段）。
  - 使用功能键选择需要的设置参数。（需要设置数字的选项，先输入后，再通过功能键来进行选择）。

### (2) 档号显示页面

按【Display Format】键和【档号显示】功能键时，将显示档号显示页面。BIN 分类结果用大号字符显示，而测量结果用于正常字符显示。用户可从该页面设置以下测量控制  
比较器功能开/关

2.该页面的监视区域还显示以下信息。这些条件可以从测量设置页面和修正页面设置，其中大多数条件可以从元件测量显示页面设置。

1.功能 2.偏置 3.量程 4.频率 5.偏幅 6.触发 7.电平 8.速度 9.修正

档号显示页面如下





### 比较器功能 ON/OFF

本数字电桥的内部比较器能够利用最多 9 对一次参数极限和一对二次参数极限，将器件分类为最多 10 种（binBIN1 ~ BIN9 和 OUT OF BIN）。此外，其一次参数处在极限范围内，而二次参数测量结果处在极限之外的器件，还可被归类为辅助 BIN（AUX BIN）。

为了利用比较器功能来控制器件处理器，需要安装 HANDLER 接口。

BIN 分类的上诉极限设置可以通过【Meas Setup】键在极限列表设置页面上设定。因此，比较字段使用户只需将比较器功能设定开或关。

设定比较器功能的步骤：

1. 按【Display Format】键。
2. 按【档号显示】功能键。
3. 使用光标键选择“比较”字段。
4. 使用功能键将比较器设为开或关。

### (3) 档计数页面

按【Display Format】键和【档计数】功能键时，将显示档计数显示页面。该页面上显示比较器的计数结果。

- 计数器功能开/关

该页面的监视区域还显示以下信息。这些条件可以再极限列表设置页面设置。

功能 2. 标称值

档计数显示页面如下图



计数器功能

本数字电桥可以对 BIN 进行计数。在对分类到每个 BIN 中的器件数量进行计数的同时，本数字电桥还能利用比较器功能将器件分类到适当的 BIN 中。

计数最大为 999999.当到达该值时，操作计数停止并显示溢出消息“----”。

计数器设置步骤：

- 1.按【Display Format】键。2.按【档计数】功能键。
- 3.使用光标键选择“计数”字段。4.使用功能键将比较器设为开或关。

计数器清零步骤：

- 1.按【Display Format】键。2.按【档计数】功能键。
- 3.使用光标键选择“计数”字段。4.按【清零计数】功能键。

#### (4) 列表扫描显示页面

按【Display Format】键和【列表扫描】功能键时，将显示列表扫描页面。用户可在该页面观察最多 10 个扫描点的测试频率，测量电平或直流偏置的测量结果，每个列表扫描测试点可以设定其上限值和下限值。这些测试点将被自动扫描测试，测试结果与其相对应极限值进行比较。极限值不能再该页面进行设置，只能在列表设置页面进行设置。

用户可以在该页面设置扫描方式

列表扫描显示页面

编号	Freq[Hz]	Rs	Xs	CMP
1	1kHz	49.4914kΩ	-1.84089Ω	内
2	10kHz	49.4824kΩ	6.36411Ω	内
3	100kHz	49.6461kΩ	-158.043Ω	内
4	-----	-----	-----	---
5	-----	-----	-----	---
6	-----	-----	-----	---
7	-----	-----	-----	---
8	-----	-----	-----	---
9	-----	-----	-----	---
10	-----	-----	-----	---

模式: 顺序

测量显示

档号显示

档计数

列表扫描

设置域

监视域

#### 扫描方式

本数字电桥的列表扫描测量功能最多支持 100 个测量频率、测试信号电平和直流偏置。列表扫描测量有两种方法：顺序模式和步进模式。在顺序模式中，本数字电桥每触发一次，所有的扫描点都将自动扫描。在步进模式中，本数字电桥每触发一次，扫描点将被逐个扫描。

设置扫描方式的步骤：


- 按【Display Format】键。
  - 按【列表扫描】功能键。
- 3.使用光标键选择“扫描方式”字段。
  - 4.使用功能键选择扫描方式。

注：当两个或更多设定的扫描点相同且邻近时，本数字电桥对器件进行一次测量，然后将测量结果与每个扫描点的极限值进行比较。

## 2.基本测量

### 3.1 测量设置页面

按【Meas Setup】键打开测量设置页面。



测量设置页面  设置域  监视域

在测量设置页面内，用户可以将光标置于相应字段，配置以下所有测量控制功能。

1.测试功能（功能）2 内外直流偏置选择（偏置）3.测试量程（量程）4.测试频率（频率）

2.5.内部直流偏置值（偏幅）6.触发方式（触发）7.测试电平（电平）8.测试速度（速度）

● 自动电平控制（恒电平） 延时时间（延时） 输出内阻（内阻） 偏差测试 A 模式（偏差 A） 偏差测试 B 模式（偏差 B） 偏差测试 A 参考值（参考 A） 偏差测试 B 参考值（参考 B）

测量设置页面中有一些可设定域与元件测量显示页面中相同，如下面所列。

1.测试功能（功能）2.内外直流偏置选择（偏置）3.测试量程（量程）4.测试频率（频率）

5.内部直流偏置值（偏幅）6.触发方式（触发）7.测试电平（电平）8.测试速度（速度）

#### 3.1.1 触发方式

本数字电桥有下列 4 种触发方式：INT（内部触发），MAN（手动触发），EXT（外部触发）和 BUS（总线触发）。

当触发方式设置为 INT 方式时，本数字电桥连续重复测试。

当触发方式设置为 MAN 方式时，每按一次前面板【TRIG】键，本数字电桥进行一次测试。

当触发方式设置为 EXT 方式时，HANDLER 接口每接收到一次正脉冲的触发信号，本数字电桥进行一次测量。

当触发方式设置为 BUS 方式时，本数字电桥每接收到 GPIB 发送的触发命令，就进行一次测量。

注：当本数字电桥正在测试的过程中，接收到一个触发信号，该触发信号将被忽略。因

此需在本数字电桥测试完成后发送触发信号。

当需要从 HANDLER 接口触发本数字电桥时，将触发方式设置为 EXT 方式。

触发方式在元件测量显示页面和测量设置页面都可以进行设置。

触发方式设置步骤：

- 按【Meas Setup】键。使用光标键选择“触发”字段，按【Enter】键。
- 按相应的功能键，选择所需要的触发模式。

功能键：INT（内部触发）MAN（手动触发）EXT（外部触发）BUS（总线触发）

页面显示如下 3.1.1-1 图

测量设置						
功能:	Rs-Xs	量程:	自动	频率:	1kHz	内部
触发:	内部	电平:	1V	速度:	慢速	手动
偏置:	内部	偏压:	0V			外部
延迟:	0s	恒电平:	关	输出阻抗:	30Ω	总线
偏差A:	关	参考A:	0Ω			
偏差B:	关	参考B:	0Ω			

### 3.1.2.测量速度

本数字电桥测量速度主要有下列因素决定：

- 1 积分时间（A/D 转换）
2. 平均次数
3. 测量延时
4. 测量结果显示时间

本数字电桥有 4 种不同的测量速度：慢速，中速，快速和自定义。测速越快，精确度越低；反之，测速越慢，精确度越高。

测量速度在元件测量显示页面和测量设置页面都可以进行设置。

测量时间设置步骤


1. 按【Meas Setup】键。
2. 使用光标键选择“速度”字段，按【Enter】键。

3. 按相应的功能键，选择所需要的测量时间，如选择“自定义”还需使用数值输入键输入设定测量时间。 4. 可以使用功能键输入单位（us，ms 和 s），当按【Enter】键则默认输入单位 s。功能键：FAST（快速） MED（中速） SLOW（慢速）

自定义（用户设定时间）

页面显示如下 3.1.2-1 图

选择【自定义】的页面显示 3.1.2-2 图



### 3.1.3.测量功能

本数字电桥一个测量周期可以同时测量阻抗元件的 2 个参数：主参数和副参数。

主参数

- $|Z|$  (阻抗的模)
- $|Y|$  (导纳的模)
- G (电导)
- $L_s, L_p$  (电感)
- $C_s, C_p$  (电容)
- $R_s$ , (电阻)

副参数

- D (损耗因数)
- Q (品质因数)
- G (电导)
- $R_p, R_s, X_s$  (电阻)
- $\theta_r, \theta_d$  (阻抗角)
- B 电纳

测量功能在元件测量显示页面和测量设置页面都可以进行设置。

测量功能设置步骤


- 按【Meas Setup】键 使用光标键选择“功能”字段，按【Enter】键
- 按相应的功能键

功能键： $C_p-D, C_p-Q, C_p-G, C_p-R_p, C_s-D, C_s-Q, C_s-R_s, L_p-D, L_p-Q, L_p-G, L_p-R_p, L_s-D, L_s-Q, L_s-R_s, R_s-X_s, |Z|-\theta_r, |Z|-\theta_d, |Y|-\theta_r, |Y|-\theta_d, G-B$ 。

页面显示如下 3.1.3-1 图



按【↓】功能键后，页面显示如下 3.1.3-2 图



### 3.1.4.测量量程

测试量程根据被测 LCR 元件的阻抗值选择。

本数字电桥有 9 个交流阻抗测量量程：30  $\Omega$  , 100  $\Omega$  , 300  $\Omega$  , 1k  $\Omega$  , 3k  $\Omega$  , 10k  $\Omega$  , 30k  $\Omega$  和 100k  $\Omega$  , 300k  $\Omega$  。

测量量程在元件测量显示页面和测量设置页面都可以进行设置。

测量量程设置步骤：

1. 按【Meas Setup】键。2. 使用光标键选择“量程”字段，按【Enter】键。
3. 按相应的功能键。功能键：

自动（自动量程） 保持（保持量程）

↑（增大保持量程中的阻抗范围） ↓（减小保持量程中的阻抗范围）

页面显示如下 3.1.4-1 图

页面显示如下： 3.1.5-1 图



### 3.1.5.测量频率

本数字电桥的测量频率可设定在 20Hz~1MHz 范围内，步进 1mHz，准确度为 0.01%。

测量频率在元件测量显示页面和测量设置页面都可以进行设置。

测量频率设置步骤

- 1.按【Meas Setup】键 2.使用光标键选择“频率”字段，按【Enter】键
- 3.使用数字输入键输入测量频率。使用数字输入键输入数据时，功能键变成单位标记（Hz、KHz、MHz）。你可使用这些功能键来输入单位。当使用【Enter】键来输入频率时，频率值单位默认为 Hz。

注：当输入 5 位以上的数字数据（包括十进制小数点后的位数）时，将会自动设置最近的测试频率点。

页面显示如上： 3.1.5-1 图

### 3.1.6.测量电平

本数字电桥的测量信号电平以测量正弦波信号的有效值进行设定。正弦波信号的频率为

测量频率，由仪器内部振荡器产生。用户既可以设置振荡器的电压电平，也可以设置振荡器的电流电平。输出阻抗为可调的。

注：本数字电桥设置的测量电流是当被测端短路时输出电流值，设置的测量电压是当被测端开路时的输出电压值。

本数字电桥的自动电平控制功能可以实现恒定电压或电流测量。可以再测量设置页面将自动电平控制功能（恒电平字段）设置成开。进行恒定电压电平或恒定电流电平测量时，当前电平值后显示一个“\*”号。

本数字电桥有两种方式可以设定测量信号电平。一种是利用功能键设定，另一种是利用数值输入键。可设定的电压电平范围是 10mV ~ 2V ， 电流电平范围是 100uA ~ 20mA 。

测量电平在元件测量显示页面和测量设置页面都可以进行设置。

测量电平设置步骤：

1.按【Meas Setup】键。2.使用光标键选择“电平”字段，按【Enter】键。

3.使用功能键或数字输入键输入测量电平。使用数字输入键输入数据时，功能键变成单位标记（mV、V、uA、mA）。你可使用这些功能键来输入单位。当使用【Enter】键来输入电平时，电平值单位默认为 mV。

注：当你需要将测量电平在电流和电压之间切换时，必须使用数值输入键及单位功能键。

当输入 5 位以上的数字数据（包括十进制小数点后的位数）时，将会自动设置最近的测试电平。页面显示如下 3.1.6-1 图



### 3.1.7.直流偏置

本数字电桥有内部直流偏置和外部直流偏置两种偏置方式。内部直流偏置范围是-2V ~ 2V，外部直流偏置范围是-60V ~ 60V。

注：本数字电桥设置的直流偏置电流是当被测端短路时输出电流值，设置的直流偏置电压是当被测端开路时的输出电压值。

直流偏置在元件测量显示页面和测量设置页面都可以进行设置。

内部直流偏置设置步骤：

1.按【Meas Setup】键。2.使用光标键选择“偏置”字段，按【Enter】键。

3.使用功能键设置为内部。4.使用光标键选择“偏幅”字段，按【Enter】键。

5.使用数字输入键输入偏置电平。功能键变成单位标记（mV、V）。你可使用这些功能



键来输入单位。当使用【Enter】键来输入电平时，电平值单位默认为 mV。

设置偏置为内部偏置 3.1.7-1 图



设置偏压：3.1.7-2 图



外部直流偏置设置步骤：

1.将直流电源接到外部偏置输入端子。2.按【Meas Setup】键。3.使用光标键选择“偏置”字段，按【Enter】键。4.使用功能键设置为外部。5.按下【BIAS】键。

6.当内部偏置设置成功后，“偏幅”字段后不显示任何东西。状态显示区域显示 DCBIAS。

注：当你需要将偏置电平在电流和电压之间切换时，必须使用数值输入键及单位功能键。当测量待测物时，最好在实际偏压 1 秒钟，等待待测物稳定后才取得读值。通常偏压仅用于电容器。如果偏压用于低阻抗设备，测量会不准确。

### 3.1.8.自动电平控制功能

自动电平控制功能能将实际的测量电平（被测件两端的电压或流过被测件的电流）调整至你所设定的测试电平值。使用该功能能保证被测件两端的测量电压或电流保持恒定。当采用自动电平控制功能时，测量电平可设定范围限制如下：

恒电压设置范围：10mV ~ 1V

注：当恒电平功能有效时，如果电平设定值超出上述范围，恒电平功能将自动设定为关。当前所设定的电平值为一般非恒电平值。

自动电平控制功能设置步骤：

1.按【Meas Setup】键。2.使用光标键选择“恒电平”字段，按【Enter】键。

3.按【开】功能键打开自动电平控制功能。4.按【关】功能键关闭自动电平控制功能。

页面显示如下 3.1.8-1 图



页面显示如上 3.1.9-1 图





### 3.1.9.延时时间

本数字电桥触发延时指从仪器被触发到开始测量之间的延时时间。延时功能让你可设定触发延时时间。当使用列表扫描测试功能时，在每个扫描测量点都将延时所设定的延时时间。触发延时时间设定范围为：0s ~ 10s，1ms 步进。当仪器被用在自动测试系统中时，触发延时功能很有用。当仪器被 HANDLER 接口触发后，经过触发延时时间可以保证被测件与测试端可靠接触。

延时功能设置步骤：

- 1.按【Meas Setup】键。
- 2.使用光标键选择“延时”字段，按【Enter】键。
- 3.使用数字键输入延时时间，功能键变成单位标记（ms 和 s），你可使用功能键来输入单位，当你按【Enter】键来输入延时时间时，默认单位为 ms。页面显示如上 3.1.9-1 图

### 3.1.10.输出电阻

本数字电桥提供 2 种输出电阻可选：30Ω、100Ω。当测量电感时，为了与其他型号的测试仪进行数据对比，必须保证有相同的输出电阻值。

输出电阻设置步骤：

- 1.按【Meas Setup】键。
- 2.使用光标键选择“内阻”字段，按【Enter】键。

- 3.使用功能键选择合适的内阻。

功能键：30Ω、100Ω。

页面显示如下 3.1.10-1 图



### 3.1.11.偏差测量功能

偏差测量功能将偏差值代替实际测量值直接显示在屏幕上。偏差值等于当前实际测量值减去预先设置的参考值。使用该功能可以方便地观察被测元件参数随温度，频率，偏置等条件的变化情况。偏差测量功能可用于主参数或副参数，或者同时用于主参数副参数。仪器提供两种偏差测试的方式如下：

Delta（绝对值）偏差测量

识别并显示被测件的实际测量值与设定的参考值之差。该值按照以下公式计算：

$$\Delta = X - Y$$

X 被测件的实际测量值 Y 设定的参考值

Delta%（百分比）偏差测量

识别被测件的实际测量值与设定的参考值之差除以参考值的百分比显示该差值。该百分比偏差值按照以下公式计算：

$$\text{Delta}\% = \frac{(X - Y)}{Y} \times 100\%$$

X 被测件的实际测量值 Y 设定的参考值

偏差测量功能设置步骤：

- 1.选择好测量功能。2.按【Meas Setup】键。
- 3.使用光标键选择“参考 A”字段，按【Enter】键。

4.使用数值键输入主参数的参考值，如果使用数值键输入主参数的参考值时，功能键变成单位标记，可以使用功能键输入参考值单位，当按下【Enter】键来输入参考值时，默认单位为（mH、uF 和 Ω）。

5.使用光标键选择“参考 B”字段，按【Enter】键。6.使用数值键输入副参数的参考值。

7.使用光标键选择“偏差 A”字段，按【Enter】键。8.使用功能键选择偏差测量方式。

9.使用光标键选择“偏差 B”字段，按【Enter】键。10.使用功能键选择偏差测量方式。

功能键：DELTA，DELTA%，关。

设置参考值如下 3.1.11-1 图

设置偏差模式 3.1.11-2 图



## 3.2 用户修正页面

按【Meas Setup】键，再按【修正】功能键，进入用户修正页面。使用户可在用户修正页面完成开路/短路/负载修正，以补偿因干扰因素，例如杂散导纳和剩余阻抗造成的任何误差。此外，用户还可从该页面修正选择电缆长度。

本数字电桥提供两种修正方式。一种是采用插入法对所有频率点进行开路和短路修正。另外一种是对当前设定频率点进行开路、短路和负载修正。

用户修正页面 3.2.1-1 图




在用户修正页面可以设定如下参数

- 开路修正（开路）；短路修正（短路）；负载修正（负载）；电缆长度选择（电缆）；
- 负载修正测量功能（功能） 开路；短路和负载修正的频率点（频率）；
- 开路，短路和负载修正的指定频率点处的测量值和参考值（参考 A，开路 A，短路 A，负载 A，参考 B，开路 B，短路 B，负载 B）

### 3.2.1.开路修正

本数字电桥的开路修正功能能消除与被测元件相并联的杂散导纳（G,B）造成的误差。杂散导纳的模型如下



本数字电桥采用下列两种开路修正数据。

第一：本数字电桥不管你当前设定的频率是多少，对下列 49 个固定的频率点全部进行开路修正测试。除下列 49 个频率点外，仪器根据这 49 个频率点的开路修正数据，采用插入算法可以计算出所有测试频率下对应不同测试量程的开路修正数据。49 个固定频率点如下所示。

10Hz	100Hz	1KHz	10KHz	100KHz	1MHz
20Hz	120Hz	1.2KHz	12KHz	120KHz	
25Hz	150Hz	1.5KHz	15KHz	150KHz	
30Hz	200Hz	2KHz	20KHz	200KHz	
40Hz	250Hz	2.5KHz	25KHz	250KHz	
50Hz	300Hz	3KHz	30KHz	300KHz	
60Hz	400Hz	4KHz	40KHz	400KHz	
80Hz	500Hz	5KHz	50KHz	500KHz	
	600Hz	6KHz	60KHz	600KHz	

第二：本数字电桥可以对当前的设置频率进行开路修正。

基于所有频率点的开路修正步骤：


- 按【Meas Setup】键。按【修正】功能键。
- 使用光标键选择“开路”字段，按【Enter】键。
- 连接测试端子和无被测件连接的测试夹具。
- 按【开路测量】功能键，本数字电桥在 48 个测量频率点测量开路导纳。

- 1.测量时，屏幕显示开路测量的进度条，并在系统消息区域显示修正中...
- 2.测量结束后，进度条小时，系统消息区域显示修正成功。
- 3.测量时，显示“取消”功能键。按该键可取消开路修正。

1.按【开】功能键启用连续测量中的开路修正。

功能键：开，关和开路测量

页面显示如下 3.2.1-1 图



按【开路测量】功能键后页面显示如下 3.2.1-2 图



基于指定频率点的开路修正步骤：


- 1.按【Meas Setup】键。2.按【修正】功能键。3.使用光标键选择 Spot No 指定频率点。
- 4.输入测量点序号，按【Enter】键确认。5.使用光标键选择“频率”字段，按【Enter】键。
- 6.使用数值输入键输入频率，然后按单位功能键确定。7.连接测试端子和无被测件连接的测试夹具。
- 8.按【开路修正】功能键。9.开路修正测量结果显示在“开路 A”和“开路 B”字段后。10.使用光标键选择“开路”字段，按【Enter】键。11.按【开】功能键，则开启指定点开路修正计算功能。页面显示如下

指定频率点如下 3.2.1-1 图


指定频率点频率 3.2.1-2 图




选择开路修正 3.2.1-3 图



开路修修正过程 3.2.1-4 图




等单点开路结束后，开路修正测量结果显示在“开路 A”和“开路 B”字段后，则页面显示如下 3.2.1-4 图



### 3.2.2.短路修正

本数字电桥的短路修正功能能消除与被测元件相串联的寄生阻抗（R,X）造成的误差。寄生阻抗的模型如下



本数字电桥采用下列两种短路修正数据。

第一：本数字电桥不管你当前设定的频率是多少，对下列 48 个固定的频率点全部进行短路修正测试。除下列 48 个频率点外，仪器根据这 48 个频率点的短路修正数据，采用插

入算法可以计算出所有测试频率下对应不同测试量程的短路修正数据。48 个固定频率点与开路修正所诉相同。


第二：本数字电桥可以只对当前的设置频率进行短路修正。

基于所有频率点的短路修正步骤：


- 1.【Meas Setup】键。2.按【修正】功能键。3.使用光标键选择“短路”字段，按【Enter】键。4.连接测试端子和测试夹具并短接。5.按【短路修正】功能键，本数字电桥在 49 个测量频率点测量短路电路阻抗。6.测量时，屏幕显示短路测量的进度条，并在系统消息区域显示修正中...。7.测量结束后，系统消息区域显示修正成功。8.测量时，显示“取消”功能键。按该键可取消短路修正。9.按【开】功能键启用连续测量中的短路修正。功能键：

开，关和短路修正页面显示如下图：3.2.2-1

按【短路测量】功能键后页面显示如下 3.2.2-2 图



短路修正测量结束后，页面显示如下 3.2.2-3 图



基于指定频率点的短路修正步骤：


- 1.按【Meas Setup】键。2.按【修正】功能键。3.使用光标键选择 Spot No 指定频率点。4.输入测量点序号，按【Enter】键确认。5.使用光标键选择“频率”字段，按【Enter】键。6.使用数值输入键输入频率，然后按单位功能键确定。7.连接测试端子和测试夹具并短接。8.按【短路修正】功能键。9.短路修正测量结果显示在“短路 A”和“短路 B”字段后。10.使用光标键选择“短路”字段，按【Enter】键。11.按【开】功能键，则开启短路修正计算功能。页面显示如下

指定频率点如下 3.2.2-4 图

指定频率点频率 3.2.2-5 图



如输入 100，并且按【KHz】功能键，则页面显示如图 3.2.2-6 图



等短路修正结束后，短路修正测量结果显示在“短路 A”和“短路 B”字段后，则页面显示如下 3.2.2-8 图



### 3.2.3.负载修正

本数字电桥的负载修正功能利用在设定频率点的实际测量值与标准参考值之间的传递系数来消除其它测量误差。标准参考值可在“参考 A”和“参考 B”设定域进行设置。在设置标准参考值之前必须在“功能”设定域设定好标准值的测量功能。

负载修正步骤：

按【Meas Setup】键。按【修正】功能键。使用光标键选择“功能”字段，按【Enter】



键。使用功能键选择要测量的对象。使用光标键选择“参考 A”字段，按【Enter】键。使用数值输入键输入主参数参考值。使用光标键选择“参考 B”字段，按【Enter】键。使用数值输入键输入副参数参考值。使用光标键选择“频率”字段，按【Enter】键。

使用数值输入键输入频率，然后按单位功能键确定。按【负载修正】功能键，对当前设定频率进行负载修正，负载修正测量结果显示在“负载 A”和“负载 B”字段后。

使用光标键选择“负载”字段，按【Enter】键。

按【开】功能键，在以后每次测量过程中对设定频率进行负载修正计算。



使用光标键选择“参考 B”字段，按【Enter】键，指定频率点 3.2.3-4 图  
页面显示如下 3.2.3-3 图



指定频率点频率 3.2.3-5 图

如输入 100，并且按【KHz】功能键，则页面显示如下

3.2.3-6 图





进行负载修正 3.2.3-7 图

等负载修正结束后，负载修正测量结果显示在“负载 A”和“负载 B”字段后，则页面显示如下 3.2.3-8 图



使用光标键选择“负载”字段，按【Enter】键，

按【开】功能键，在以后每次测量过程中对设定频率进行负载修正计算，页面显示如下 3.2.3-10 图



### 3.2.4. 电缆线长度选择


本数字电桥可以选择 4 种长度的电缆长度：0m，1m，2m 和 4m。

选择电缆长度步骤：

- 按【Meas Setup】键。按【修正】功能键。
- 使用光标键选择“电缆”字段。使用功能键选值合适的电缆长度。

功能键：0m，1m，2m 和 4m


页面显示如下 3.2.4-1 图



### 3.3 极限列表设置页面

按【Meas Setup】键，再按【极限设置】功能键，进入极限列表设置页面。极限列表设置页面帮助用户配置本数字电桥的内置比较器。

极限列表设置页面 3.3.-1 图



在极限列表设置页面可以设置的参数如下

- 测量功能（功能） 参考标称值（标称值） 辅助档（附属）
- 比较功能极限方式（方式） 比较功能（比较）
- 各档下极限值（下限） 各档上极限值（上限）

本数字电桥内置比较功能可将被测元件分成最多达 9 个档(BIN1 至 BIN8 及 BIN OUT)。可设定 8 对主参数极限和一对副参数极限。如果一被测件主参数在档极限范围内，但是其副参数不在档极限范围内，该被测件被分选到附属档中。当本数字电桥安装了 HANDLER 接口后，可以进行测试结果输出给自动测试系统，实现自动分选测试。

#### 3.3.1.对换参数


对换参数功能可将“功能”设定域中的主参数和副参数对换。例如，当测量功能为：Cp-D 时，参数互换功能将测量参数改为：D-Cp。这时 D 可设定 8 对比较极限，而 Cp 可设定 1 对比较极限。

对换参数功能设置步骤：


按【Meas Setup】键。 按【极限设置】功能键。

使用光标键选择“功能”字段，按【Enter】键。 使用功能键选择【对换参数】功能键。

页面显示如下 3.3.1-1 图




按【对换参数】功能键后，页面显示如下 3.3.1-2 图



### 3.3.2.比较功能极限模式

用户可使用以下两种方式中的一种来指定主参数极限值

- 1.容限模式：容限模式下，将与标称值的偏差值设定为比较极限值。偏差值有两种方式：一种是百分比偏差，另一种是绝对值偏差。
- 2.顺序模式：顺序模式下，将测量值范围作为比较极限值。比较极限值必须按从小到大的顺序设置。容限模式和顺序模式如图 3.3.2-1 图



注：使用容限模式时，用户必须将最小的极限值（范围）指定给 bin 1，第二个最窄的范围指定给 bin2，依此类推，最后将最宽的范围指定给最后的 bin。如果指定给 bin 1 的范围大于指定给后继 bins 的范围，则所有被测件都将归类到 bin 1 中。

在容限模式中，下限不一定小于标称值，上限也不一定大于标称值。各档极限范围之间可以不连续，也可以重叠。

比较器极限模式设置步骤：


- 一、按【Meas Setup】键。
- 二、按【极限设置】功能键。
- 三、使用光标键选择“方式”字段，按【Enter】键。
- 四、使用功能键选择用户所需的极限模式。

功能键：DELTA 将比较器切换到基于绝对参数值的容限模式；

DELTA% 将比较器切换到基于偏差百分比的容限模式

顺序 比较器切换到顺序模式

页面显示如下 3.3.2-1 图



### 3.3.3.容限模式的标称值


将容限模式用作与主参数的极限模式时，用户必须配置标称值。

即使主参数极限模式是顺序模式，用户也可以配置标称值，但这并不影响分类。

标称值设置步骤：

1. 按【Meas Setup】键。
2. 按【极限设置】功能键。
3. 使用光标键选择“标称值”字段,按【Enter】键。
4. 使用数值输入键输入该值，功能键将变成单位标记。

页面显示如下 3.3.3-1 图



### 3.3.4.打开/关闭比较器


本数字电桥的内置比较器可以使用多达 8 组主参数极限和 1 组副参数极限将被测件分类成最多 9 个等级。

除此之外，主参数处于极限内，但副参数处在极限之外，被测件可以归类到一个附属档。

打开/关闭比较器步骤：

- 1.按【Meas Setup】键。
- 2.按【极限设置】功能键。
- 3.使用光标键选择“比较”字段，按【Enter】键。
- 4.按【开】功能键打开比较器。
- 5.按【关】功能键关闭比较器。

页面显示如下 3.3.4-1 图




### 3.3.5.打开/关闭附属档

如果分类结果取决于副参数（二次参数），则用户可以设定副参数极限值。用户可使用两种方案进行基于副参数的分类。

#### 1.指定副参数极限值并关闭附属档进行分类

只有副参数处于副参数极限范围内的那些被测件才能根据主参数值比较的结果进行分类，副参数未处于副参数极限范围内的被测件都被分类成 **OUT OF BIN**。


关闭附属档



#### 1.指定副参数极限值并打开附属档进行分类

参数未处于主参数极限内的被测件被分类成 **OUT OF BIN**。此外，参数处于主参数极限范围内，但副参数处于极限参数外的被测件被分类到附属档中。


打开附属档



打开/关闭附属档步骤:

- 按【Meas Setup】键。按【极限设置】功能键。使用光标键选择“附属”字段，按【Enter】键。按【开】功能键打开附属档。按【关】功能键关闭附属档。

页面显示如下 3.3.5-1 图



### 3.3.6. 上限和下限

本数字电桥可设定 8 个主参数的档极限以及一个副参数的档极限值。测试结果可分选成最多 9 个档 (BIN1 至 BIN8 和 BIN OUT)。这些主参数上下极限可在 BIN1 至 BIN8 的“上限”和“下限”设定域中设置。副参数的上下限可在 2nd 的“上限”和“下限”设定域中设置。

当比较器极限设为容限模式时，用户设置的下限值须低于上限值。如果下限高于上限，屏幕将显示“警告，不正确的上限/下限”警告消息。如果不修正下限和上限而继续操作，则 BIN 的结果为零，比较器转到下一个 BIN 执行 BIN 分类。

当比较器极限设为顺序模式时，比较极限值取决于测量的绝对值。配置这些极限值时，用户必须先确定最小值再确定最大值，否则，屏幕将显示“警告，不正确的上限/下限”警告消息。如果不修正下限和上限而继续操作，则 BIN 的结果为零，比较器转到下一个 BIN 执行 BIN 分类。

上下极限设置步骤：

1. 按【Meas Setup】键。2. 按【极限设置】功能键。

2. 首先设定好比较功能的测量“功能”，“标称值”和主参数的极限“方式”。

3. 使用光标键选择档 1 “下限”设定域，按【清除表格】功能键将当前设置的档极限清除。如果你选择容限模式执行步骤 5 至步骤 8；如果你选择顺序模式执行步骤 9 至步骤 13。

4. 在档 1 的“下限”设定域使用数值输入键输入档 1 的下限值。当数据输入后，可使用功能键输入单位，当使用【Enter】键输入极限值时，极限值单位默认与上次极限输入单位相同。在档 1 的“下限”域输入档 1 的极限值后，档 1 的下限自动设置为-（绝对值极限），档 1 的上限自动设置为+（绝对值极限）。

5. 光标自动跳到档 2 的“下限”设定域。重复步骤 5，直至输入档 8 的极限值。随后光标将自动跳至 2nd 的“下限”设定域。

6. 输入副参数的下限值后，光标将自动跳至 2nd 的“上限”设定域。

7. 输入副参数的上限值。

8. 在档 1 的“下限”设定域使用数值输入键输入档 1 的下限值。当数据输入后，可使用功能键输入单位，当使用【Enter】键输入极限值时，极限值单位默认与上次极限输入单位相同。


9.输入档 1 的下极限值后,光标自动跳至档 1 的“上限”设定域。输入档 1 的上极限值。

10.光标自动跳到档 2 的“上限”设定域。因为顺序模式时,档 2 的下限等于档 1 的上限值。输入档 2 的上极限。

11.重复步骤 11,直至输入 8 档的上限。随后光标将自动跳至 2nd 的“下限”设定域。输入副参数的下限值。


12.光标将自动跳至 2nd 的“上限”设定域。输入副参数的上限值。

页面显示如下 3.3.6-1 图



## 3.4 列表扫描设置页面

按【Meas Setup】键,再按【列表扫描】功能键,进入列表扫描设置页面。本数字电桥的列表扫描功能能够自动执行扫描测量,扫描点数最多 10 个点的测量频率,测量电平或偏置电压。列表扫描设置页面 3.4-1 图



在列表扫描设置页面可以对下列列表扫描参数进行设定。


- 扫描方式(扫描方式) 扫描参数设置(频率[Hz]、电平[V]、电平[I]、偏置[V]和偏置[I]) 扫描测量点设置(扫描点) 极限参数选择(LMT) 上下极限值(上限、下限)

### 3.4.1.扫描方式

本数字电桥的列表扫描功能能自动执行扫描测量,它在最多 10 个扫描点对频率、信号电平或直流偏置进行扫描。列表扫描功能支持两种扫描方式:顺序方式和步进方式。在顺序方式中,本数字电桥一旦触发,便在所有扫描点进行扫描测量。在步进方式中,每触发一次,

本数字电桥步进到下一个扫描点。

顺序方式和步进方式



列表扫描方式设置步骤：

1.按【Meas Setup】键。2.按【列表扫描】功能键。3.使用光标键选择“扫描方式”字段，按【Enter】键。4.使用功能键选择扫描方式。

功能键：

顺序 将列表扫描设为顺序方式

步进 将列表扫描设为步进方式

页面显示如下 3.4.1-1 图 设置模式如下

列表扫描设置					顺序
模式:	顺序				步进
编号	Freq[Hz]	LMT	下限	上限	
1	1kHz	A	40kΩ	60kΩ	
2	2kHz	A	40kΩ	60kΩ	
3	3kHz	A	40kΩ	60kΩ	
4	4kHz	A	40kΩ	60kΩ	
5	-----	--	-----	-----	
6	-----	--	-----	-----	
7	-----	--	-----	-----	
8	-----	--	-----	-----	
9	-----	--	-----	-----	
10	-----	--	-----	-----	

### 3.4.2.列表扫描参数

列表扫描测量中的扫描参数可以是测量频率、信号电平和直流偏置。

列表扫描测量参数设置步骤：

1.按【Meas Setup】键。2.按【列表扫描】功能键。3.使用光标键选择扫描参数字段，按【Enter】键。4.使用功能键选择用户需要的扫描参数。

功能键：

频率[Hz] 将频率用作列表扫描参数 电平[V] 将电压用作列表扫描参数

电平[I] 将电流用作列表扫描参数 偏置[V] 将直流偏置电压用作列表扫描参数  
偏置[I] 将直流偏置电流用作列表扫描参数

页面显示如下 3.4.2-1 图 设置频率



列表扫描设置					Freq[Hz]
模式:	顺序				
编号	Freq[Hz]	LMT	下限	上限	
1	1kHz	A	40kΩ	60kΩ	Level[V]
2	2kHz	A	40kΩ	60kΩ	Level[A]
3	3kHz	A	40kΩ	60kΩ	Bias[V]
4	4kHz	A	40kΩ	60kΩ	
5	-----	--	-----	-----	
6	-----	--	-----	-----	
7	-----	--	-----	-----	
8	-----	--	-----	-----	
9	-----	--	-----	-----	
10	-----	--	-----	-----	

### 3.4.3.列表上限/下限值

列表上限/下限值设置步骤：

- 按【Meas Setup】键。按【列表扫描】功能键。使用光标键选择“LMT”字段。使用功能键选择用户需要的比较参数（功能键：参数 A，参数 B 和关）。使用光标键选择“下限”字段。输入下限值。使用光标键选择“上限”字段。

输入上限值。

注：如果用户只配置扫描点的下限值，则被选主参数或副参数低于下限值的被测件的估计结果为“低”。如果用户只配置扫描点的上限值，则被选主参数或副参数高于上限值的被测件估计结果为“高”。

页面显示如下 3.4.3 图

设置极限参数 3.4.3-1 图

列表扫描设置					A
模式:	顺序				
编号	Freq[Hz]	LMT	下限	上限	
1	1kHz	A	40kΩ	60kΩ	B
2	2kHz	A	40kΩ	60kΩ	--
3	3kHz	A	40kΩ	60kΩ	
4	4kHz	A	40kΩ	60kΩ	
5	-----	--	-----	-----	
6	-----	--	-----	-----	
7	-----	--	-----	-----	
8	-----	--	-----	-----	
9	-----	--	-----	-----	
10	-----	--	-----	-----	


设置上下限 3.4.3-2 图

列表扫描设置					Ω
模式:	顺序				
编号	Freq[Hz]	LMT	下限	上限	
1	1kHz	A	40kΩ	60kΩ	nΩ
2	2kHz	A	40kΩ	60kΩ	uΩ
3	3kHz	A	40kΩ	60kΩ	mΩ
4	-----	--	-----	-----	kΩ
5	-----	--	-----	-----	MΩ
6	-----	--	-----	-----	
7	-----	--	-----	-----	
8	-----	--	-----	-----	
9	-----	--	-----	-----	
10	-----	--	-----	-----	

## 4. 系统配置

### 4.1 系统信息页面

按【System】键打开系统信息页面。此页面显示本数字电桥的系统信息。系统信息页面 4.1-1 图



在该页上显示了仪器的一些系统信息，如“型号”，“序号”，“固件版本”，“固件日期”和“USB ID”，这些信息不能更改。在该页上能设置的信息如下：


- 偏置电流接口     HANDLER 接口

注：若本数字电桥没有配置偏置电流接口，则“偏置电流接口”字段显示“没有安装”消息，且开/关设置不可用。

如本数字电桥没有配置 HANDLER 接口，则“HANDLER 接口”字段显示“没有安装”消息，且开/关设置不可用。

## 4.2 系统配置页面

按【System】键，再按【系统配置】功能键，打开系统配置页面。系统配置页面 4.2-1 图




系统配置页面显示 GPIB 接口和 LAN 状态，用户可以将光标放在相应的字段上来配置以下每个控制。

- 语音提示     系统时间     GPIB 地址     DHCP     自动获取 IP 地址     手动配置 IP 地址     手动配置子网掩码     手动配置网关

此外，此页面还显示通过把自动获取 IP 地址设为启动时所获得的 IP 地址、子网掩码和网关

### 4.2.1 语言切换

本数字电桥支持 2 种语言，分别是中文和 English,页面显示如下 4.2.1-1 图




## 4.2.2.配置系统时间

本数字电桥具有内置时钟。

配置系统时间的步骤：

1.按【System】键。2.按【系统配置】功能键。3.使用光标键选择“系统时间”字段，按【Enter】键。4.使用【↑】和【↓】功能键改变对应时间的值。5.使用【←】和【→】功能键选择要更改的时间项，如“年”，“月”，“日”，“时”“分”和“秒”。

页面显示如下 4.2.2-1 图



## 4.2.3.启动/关闭蜂鸣器功能


本数字电桥具有提示功能，在发生以下一种或多种情况时会发出语音提示：

1. 显示错误消息或警告消息
2. 仪器已经完成开路/短路修正
3. 仪器已完成用户指定频点的开路/短路/负载修正
4. 被测件极限测试失败，或者比较器已将被测件分类为 OUT OF BIN/AUX BIN
5. 被测件通过了极限测试，或者比较器已将被测件分类为 BIN1 至 BIN8 中的任一个
6. 已经启动/关闭键锁定

设置语音提示功能的步骤

- 按【System】键 按【系统配置】功能键 使用光标键选择“语音提示”字段，按【Enter】键 按相应的功能键启动或关闭语音提示功能

页面显示如下 4.2.3-1 图




## 4.2.4.配置 GPIB 地址

在通过与本数字电桥的 GPIB 连接器连接的外部控制器发出的 GPIB 命令来对其进行控制之前，必须首先配置本数字电桥的 GPIB 地址。


配置 GPIB 地址的步骤：

1.按【System】键。2.按【系统配置】功能键。3.使用光标键选择“GPIB 地址”字段，按【Enter】键。4.使用数值输入键输入 0 到 30 范围内的值。页面显示如下 4.2.4-1 图



## 4.2.5 配置波特率

在通过与本数字电桥的 RS232 连接器连接的外部控制器发出的 SCPI 命令来对其进行控制之前，必须首先配置本数字电桥的波特率。页面如下所示 4.2.5-1 图



## 4.2.6.配置 LAN IP 地址

要使本数字电桥能够通过局域网（LAN）进行通信，必须配置其 IP 地址并连接 LAN 电缆。

IP 地址既可以自动获取，也可以手动配置。

IP 地址配置方法

方法	描述
DHCP	可通过 DHCP 服务器自动获取可用的 IP 地址
IP 地址	可手动配置 IP 地址、子网掩码和网关设置

自动获取 IP 地址后，重新刷新界面，请检查系统配置页面上的以下区域，以查看地址、子网掩码和网关：


1.IP 地址 2.子网掩码 3.网关

IP 地址由以下条件决定

DHCP	分配的 IP 地址
开	分配 DHCP 地址。
关	分配手动配置的 IP 地址

自动获取 IP 地址的步骤：

1.按【System】。2.按【系统设置】功能键。3.要想通过 DHCP 获得 IP 地址，可使用光标键选择“DHCP”字段，按【Enter】键。4.按【开】功能键。页面显示如下 4.2.6-1 图





手动配置 IP 地址的步骤：

1.按【System】。2.按【系统配置】功能键。3.使用光标键选择“DHCP”字段，按【Enter】键。4.按【关】功能键。5.使用光标键选择“IP 地址”字段，按【Enter】键。6.使用输入键输入 IP 地址。例如：192.168.10.1，按【Enter】键。7.使用光标键选择“子网掩码”字段，按【Enter】键。8.使用输入键输入子网掩码，按【Enter】键。9.使用光标键选择“网关”字段，按【Enter】键。10.使用输入键输入网关，按【Enter】键。


页面显示如下 4.2.6 图

设置 IP，如 4.2.6-1 图

设置子网掩码，如 4.2.6-2 图



设置网关 4.2.6-3 图




## 4.2.7.设置背光

本数字电桥共可设置 32 级背光，数值越大，背光强度越大。

设置背光步骤：

- 1 按【System】。
- 2.按【系统配置】功能键。
- 3.使用光标键选择“背光”字段，按【Enter】键。
- 4.使用光标键调节背光强度后按【Enter】设置背光强度。如图所示 4.2.7-1 图




## 4.2.8 开机自检

本数字电桥允许用户决定在上电时是否有必要进行自检，通过自检可以检测设备故障，方便用户找到问题所在。设置开机自检步骤：

- 1 按【System】。
- 2.按【系统配置】功能键。
- 3.使用光标键选择“开机自检”字段，按【Enter】

键。4.按【开】或【关】功能键设置开机自检。如图以下所示 4.2.8 图



### 4.3 系统自检

本数字电桥具备自检能力，使之在出现故障时，通过自检能及时发现自身问题，从而找到问题根源。界面如下所示 4.3 图



总共有 4 种自检方式，分别是前面板自检、主板自检、开机自检、系统自检

前面板自检主要检查前面板的液晶电平、以太网和 GPIB。

主板自检主要检测测量主板的所有功能是否正常。

开机自检主要检测前面板和主板的关键功能是否正常，若系统设置中开启开机自检则在开机时会执行该开机自检，若全部正常则自动返回到测量界面。

系统自检主要检测前面板和主板的所有功能是否正常。

自检的步骤：

1.按【System】键。2.按【系统自检】功能键进入系统自检界面。

3.按相应的数字键选择相应的自检类型。

4.然后系统会启动自检，并一一罗列当期自检的内容和结果，自检结束后给予相应提示。

5.当自检结束后按【<-】可返回自检界面重新选择自检，也可在自检中途按【ESC】取消自检。

自检过程如图所示 4.3.1-1 图

自检完成 4.3.1-2 图



## 4.4 系统升级


本数字电桥支持系统升级，可将前面板、测量主板、DDS、GPIB 的模块进行软件升级，提高设备的扩展空间。

系统升级的步骤


1. 将系统升级文件本数字电桥.Vx.xx.xxxx.xxx.upt 放入 U 盘根目录/updatefile 文件夹中
2. 将 U 盘插入本数字电桥设备 U 盘接口处
3. 按【Ststem】键
3. 按【系统升级】键进入系统升级界面
4. 按【Enter】键开始系统开始系统
5. 升级完成后重启设备

开始升级如 4.4-1 图

升级中 4.4-2 图



升级完成 4.4-3 图






## 4.5 自校准

本数字电桥支持自校准操作,通过自校准操作来修正设备测量误差,提高设备测量精度。


自校准步骤:

1. 按【System】键。
2. 按【自校准】功能键进入自校准界。
3. 按【Enter】键开始系统系统自校准。


开始自校准 4.5-1 图



自校准进行中 4.5-2 图



自校准结束 4.5-3 图



## 3. 存储/调用

通过存储/调用功能,用户既能将配置和测量结果保存到本数字电桥的内部存储器或外部 USB 存储器,又能将其从本数字电桥的内部存储器或外部 USB 存储器调出。

保存方法及其用途

保存方法		是否可调用	用途
类型	文件格式		
配置保存 (内部存储器)	(.cfg)	是	将本数字电桥的配置状态保存到内部存储器
配置保存 (USB 存储器)	(.cfg)	否	将本数字电桥的配置状态保存到 USB 存储器
数据保存 (USB 存储器)	CSV 格式	否	将测量结果保存到

	(.csv)		USB 存储器
屏幕保存 (USB 存储器)	GIF 格式 (.png)	否	将本数字电桥的屏幕快照保存到 USB 存储器

### USB 存储器上的文件夹/文件结构

将信息保存到 USB 存储器，会使用预先确定的结构方案组织存储器上的文件夹和文件

文件夹	文件的最多数量	描述
data	999	包括测量结果如.csv 文件
pic	999	包括屏幕快照如.gif 文件
cfg	999	包括仪器配置状态



### USB 存储器说明

本数字电桥与 USB 存储设备一起使用时，应注意以下几点：

- 使用接口为 USB2.0 的 USB 存储器
- 使用大容量存储类别符合 FAT16 或 FAT32 标准的 USB，并使用 FAT16 或 FAT32 标准进行格式化
  - 使用本数字电桥专用的 USB 存储器，否则，原先保存在 USB 存储器中的其它数据可能被抹除
  - 若不能将文件保存到 USB 存储器，或不能从 USB 存储器调用文件，可使用其它 USB 存储设备

存储界面如下所示 4-1 图

调用界面如下 4-2 图



## 将仪器配置状态保存到内部存储器

将配置状态保存到内部存储器已有文件步骤：

1. 按【Save】键。
2. 按上下方向键选择目标文件。
3. 按【保存】功能键进行保存或按【编辑注释】然后通过功能键写入注释内容后按【Enter】键保存。
4. 提示成功。

将配置状态保存到内部存储器新建文件步骤：

1. 按【Save】键。
2. 按【新建保存】功能键。
3. 输入文件名称后按【Enter】键确认保存。

4.按【编辑注释】写入注释内容过后按【Enter】键确认。5.提示成功。

## 将仪器配置状态保存到 USB 存储器

将配置状态保存到 USB 存储器已有文件步骤:

1. 按【Save】键。2.按【<-】键切换到介质选择选项(介质字样会呈现红色高亮)。

3. 按向下键选择 USB 介质, 在按【->】返回文件列表选项。4. 按上下方向键选择目标文件。5. 按【保存】功能键进行保存或按【编辑注释】然后通过功能键写入注释内容后按【Enter】键保存。6. 提示成功。

将配置状态保存到 USB 存储器新建文件步骤

1. 按【Save】键。2.按【<-】键切换到介质选择选项(介质字样会呈现红色高亮)。

3. 按向下键选择 USB 介质, 在按【->】返回文件列表选项。4. 按【新建保存】功能键。

5. 输入文件名称后按【Enter】键确认保存。6. 按【编辑注释】写入注释内容过后按【Enter】键确认。7. 提示成功。

## 从内部存储器加载仪器配置文件

从内部存储器加载仪器配置文件步骤:

1. 按【Recall】键。2. 通过上下键选择要加载的配置文件。

3. 按【加载】功能键加载配置文件。4. 提示成功。

## 从 USB 存储器加载仪器配置文件

从 USB 存储器加载仪器配置文件步骤。

1. 按【Recall】键。2. 按【<-】键切换到介质选择选项(介质字样会呈现红色高亮)。

3. 按向下键选择 USB 介质, 在按【->】返回文件列表选项。

4. 通过上下键选择要加载的配置文件。5. 按【加载】功能键加载配置文件。

6. 提示成功。

## 从内部存储器删除仪器配置文件

从内部存储器删除仪器配置文件步骤:

1. 按【Save】键或【Recall】。2. 通过上下键选择要删除的配置文件。

3. 按【删除】功能键。4. 提示成功。

## 从 USB 存储器删除仪器配置文件

从 USB 存储器删除仪器配置文件步骤:

1.按【Save】键或【Recall】。2. 按【<-】键切换到介质选择选项(介质字样会呈现红色高亮)。3. 按向下键选择 USB 介质, 在按【->】返回文件列表选项。4. 通过上下键选择要删除的配置文件。5. 按【删除】功能键。6. 提示成功。

## 将测量结果保存到 USB 存储器

用户可将由本数字电桥获得的测量结果作为.CSV 文件保存到 USB 存储器。随后用户可将保存的文件下载到 PC 机上运行的应用程序中。

用户一次可保存多达 81920 组测量结果。

将测量结果保存到 USB 存储器之前，用户需要完成启动测量的某些准备工作，以使数据缓冲存储器中包含必需的数据。

测量结果格式

测量结果文件的 Data A 和 Data B 字段视“有效数字”设置是否打开还是关闭而不同。

比较器	结果格式
关闭	<Data A>, <Data B>, <Status>
打开	<Data A>, <Data B>, <Status>, <BIN No.>

<Data A>和<Data B>采用科学计数法表示，精确到小数点后 6 位

Status 使用以下任一状态值表示测量结果状态：

0 测量顺利完成。 +1 过载。

+3 检测到超出信号源允许极限的信号。 +4 自动电平控制功能失效。

BIN No (IN/OUT)，表示测量中的 bin 分类结果，如下所示：

0 OUT\_OF\_BINS +1~+9 BIN 1~BIN 9

+10 AUX\_BIN

将测量结果保存到 USB 存储器的步骤：

1. 将 USB 存储器插入正面 USB 端口。2.按【Save】键。
3. 按【保存数据】功能键。4. 按【开始记录】功能键，将结果输入到数据缓冲存储器。
5. 启动测量。6. 按【保存停止】功能键，停止记录，并将结果保存到 USB 存储器。
7. 提示成功。

## 将屏幕快照保存到 USB 存储器

用户可将本数字电桥显示的屏幕快照作为.png 文件保存到 USB 存储器。随后用户可将保存的文件下载到 PC 机上运行的应用程序中。

将屏幕快照保存到 USB 存储器的步骤：

1. 显示要保存的屏幕。2. 将 USB 存储器设备插入正面 USB 端口。
3. 按【Save】键。4. 按【保存屏幕】功能键。
5. 提示成功。

## 6. 技术指标和性能测试

## 6.1 技术指标

下表为本数字电桥系列所有型号计数指标上的区别。

规格	4092A	4092B	4092C	4092D	4092E
频率 (1mHz 步进)	10Hz-100kHz	10Hz-200kHz	10Hz-300kHz	10Hz-500kHz	10Hz-1MHz
可测参数	Cp-D/Q/G/Rp, Cs-D/Q/Rs, Lp-D/Q/G/Rp, Ls-D/Q/Rs, Rs-Xs, Z-θ, Y-θ, G-B				
测量时间 (快速/中速)	200ms/500ms @ 10Hz 100ms/500ms @ 50Hz 20ms/200ms @ ≥100Hz				
自定义时间 范围	100ms/2000ms @ 10Hz 20ms/2000ms @ 50Hz 20ms/2000ms @ ≥100Hz 5ms/2000ms @ ≥1kHz				
测试信号电平 (1mVrms 步进)	10mVrms 至 2Vrms 100 μArms 至 20mArms				
电压恒电平	10mVrms-1Vrms				
电流恒电平	100μArms-10mArms				
DC 偏置能力	内部-2V 至+2V 电压偏置, 外部偏置输入 (±60V 以内)				
信号源内阻	30 欧姆、100 欧姆可选				
基本准确度	0.05%				
显示分辨率	6 位半				
比较器	9 组合格档, 1 组不合格档, 一组附属档				
校准	自校准、开路/短路扫频、100 组指定频率点				
列表扫描	100 点列表扫描测试				
存储装置	内部/USB 存储器				
远程控制	GPIB、LAN、RS232、USB、Handler				

### 6.1.1 测量功能

本数字电桥系列数字电桥支持以下测量功能:

Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-Rp, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs, Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp,  
Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Rs-Xs, |Z|-θr, |Z|-θd, |Y|-θr, |Y|-θd, G-B。

### 6.1.2 测试信号

#### (1) 测试频率

测试频率	10Hz-1MHz (型号 VICTOR 4092E) 10Hz-500kHz (型号 VICTOR 4092D) 10Hz-300kHz (型号 VICTOR 4092C) 10Hz-200kHz (型号 VICTOR 4092B) 10Hz-100kHz (型号 VICTOR 4092A)
分辨率	1mHz
精度	0.01%

## (2) 测试电平

电压

额定值	范围	10mVrms~2Vrms
	分辨率	1mVrms
	准确度	±(5%+5mVrms)
恒定值	范围	10mVrms~1Vrms
	分辨率	1mVrms
	准确度	±(2%+2mVrms)

电流

额定值	范围	100 $\mu$ Arms~20mArms
	分辨率	10 $\mu$ Arms
	准确度	±(5%+50 $\mu$ Arms)
恒定值	范围	100 $\mu$ Arms~10mArms
	分辨率	10 $\mu$ Arms
	准确度	±(2%+20 $\mu$ Arms)

## (3) 偏置电压

内部	范围	-2V~2V
	分辨率	1mV
	准确度	±(2%+5mV)
外部	范围	-60V~60V
	分辨率	由外部输入决定
	准确度	由外部输入决定

## (4) 电平监测

电平监测共包括 3 项：VAC：待测元件两端实际电压，IAC：通过待测元件实际电流  
EBIAS:外部施加偏置电压（仅在外部偏置模式显示）

VAC	范围	0.0001V~2.000V
	分辨率	四位半
	准确度	±5%
IAC	范围	0.0001nA~30.00mA
	分辨率	四位半
	准确度	±5%
EBIAS	范围	±0V~60.00V
	分辨率	0.01V
	准确度	±（5%+3V）

#### （5）输出阻抗

30 Ω，100 Ω 可选

### 6.1.3 测量时间

快速、中速、慢速、自定义。

慢速：800ms。

中速：100ms。

快速：4092B，4092C，4092D，4092E 为 20ms；4092A 为 50ms。

自定义：4092B，4092C，4092D，4092E 为 5ms 到 2s；4092A 为 20ms 到 2s。

测量时间一定要是整数倍个测量信号周期，因此实际测量时间和测量信号的频率有关。  
实际测量时间计算公式为：

$$t_{real} = N.T$$

N 为设定测量时间内包含的测量信号周期个数（不足一个按一个计），T 为一个测量信号周期。

测量时间模式	频率					
	10Hz	100Hz	1kHz	10kHz	100kHz	1MHz
慢速	800ms	800ms	800ms	800ms	800ms	800ms
中速	100ms	100ms	100ms	100ms	100ms	100ms
快速	100ms	50ms	50ms	50ms	50ms	50ms
快速*	100ms	20ms	20ms	20ms	20ms	20ms

注：快速为 4092A 的测量时间，快速\*为 4092B, 4092C, 4092D, 4092E 的测量时间。

4092B, 4092C, 4092D, 4092E 的实际自定义测量时间为：

频率	10Hz	100Hz	1kHz	10kHz	100kHz	1MHz
上限	2000ms	2000ms	2000ms	2000ms	2000ms	2000ms
下限	100ms	10ms	5ms	5ms	5ms	5ms

4092A 的实际自定义测量时间为：

频率	10Hz	100Hz	1kHz	10kHz	100kHz	1MHz
上限	2000ms	2000ms	2000ms	2000ms	2000ms	2000ms
下限	100ms	20ms	20ms	20ms	20ms	20ms

### 6.1.4 测量显示范围

参数	测量显示范围
Cp、Cs	0.001000pF~99.9999F
Lp、Ls	0.001000nH~99.9999kH
Rp、Rs、 Z 、Xs	0.001000mΩ~999.999MΩ
G、B、 Y	0.001000μS~999.999kS
∅r	±0.000001rad~3.14159rad
∅d	±0.000001deg~179.9999deg
D	±0.000001~9.99999
Q	±0.001~99999.9

### 6.1.5 测量精度

测量准确度包含了测量稳定性、温度系数、线性度、测量重复性等误差。

对仪器测量准确度进行检查时必须在下述条件下进行：

- 开机预热时间：≥30 分钟。预热后正确地进行开路、短路清零。直流偏置关闭。
- 仪器量程工作在“**AUTO**”，以选择正确的测量范围。

**|Z|、|Y|、L、C、R、X、G 和 B 精度 (Dx≤0.1 时应用 L、C、X 和 B 精度，Qx≤0.1 时应用 R 和 G 精度)**

相对精度 Ae 为  $Ae = \pm Ac + (Ab + 100 * Kz + Kl) * Kt[\%]$

Ac 校准精度    Ab 基本精度    Kz 阻抗比例因数    Kl 电缆长度因数



Kt 温度因数

### D 的准确度

D 的精度 De 为 在  $D_x \leq 0.1$  时:  $De = \pm Ae / 100$

$D_x$  被测的 D 值 Ae |Z|、|Y|、L、C、R、X、G 和 B 的相对精度

当  $D_x > 0.1$  时: 用  $(1 + D_x)$  乘以 De

### Q 的准确度 (当 $Q * De < 1$ 时)

Q 的精度 Qe 为:

$$Qe = \pm \frac{Qx^2 * De}{1 \pm Qx * De}$$

$Q_x$  被测的 Q 值

De D 的相对精度

### $\theta$ 的准确度

$\theta$  的精度  $\theta_e$  为:

$$\theta_e = \pm \frac{180 * Ae}{100\pi} [\text{deg}]$$

Ae |Z|、|Y|、L、C、R、X、G 和 B 的相对精度

### Rp 的准确度 (当 $D_x \leq 0.1$ )

Rp 的精度 Rpe 为:

$$Rpe = \pm \frac{Rpx * De}{Dx \mp De} [\Omega]$$

Rpe Rp 的相对精度 Rpx 被测的 Rp 值 ( $\Omega$ )  $D_x$  被测的 D 值 De D 的相对精度

### Rs 的精度 (当 $D_x \leq 0.1$ 时)

Rs 的精度 Rse 为

$$Rse = \pm Xx * De [\Omega]$$

$$Xx = 2\pi f Lx$$

Rse Rs 的相对精度  $D_x$  被测的 D 值  $X_x$  被测的 X 值 ( $\Omega$ ) De D 的相对精度

f 测试频率 (Hz)  $C_x$  被测的 C 值 (F)  $L_x$  被测的 L 值 (H)

## 基本精确度

本仪器基本准确度为 0.05, 随着测试频率和被测件 (DUT) 阻抗的变化, 基本准确度会下降, 下表示意了基本准确度及其适用范围。

### 快速模式


测试频率 (Hz)	阻抗范围
-----------	------

	小于1Ω	1Ω 至 10Ω	10Ω 至 100kΩ	100kΩ 至 1MΩ	大于 1MΩ
10至30	0.6	0.3	0.3	0.4	1
30至10k	0.6	0.2	0.1	0.2	0.2
10k 至30k	1	0.2	0.1	0.3	1
30k 至100k	2	0.6	0.3	0.6	2
100k 至300k	4	1	0.4	2	3

### 慢速、中速

测试频率(Hz)	阻抗范围				
	小于1Ω	1Ω 至 10Ω	10Ω 至 100kΩ	100kΩ 至 1MΩ	大于 1MΩ
10至30	0.3	0.15	0.15	0.2	0.5
30至10k	0.3	0.1	0.05	0.1	0.3
10k 至100k	0.5	0.1	0.05	0.15	0.5
100k 至300k	1	0.3	0.15	0.3	1
300k 至1M	2	0.5	0.2	1	3

当测试电平小于 1.5V 并且大于 0.5V 时，基本准确度如上表所示；其它情况下，需要再乘以电平修正因数。电平修正因数如下图所示：



## 准确度因数

本节包含所有准确度修正因数：阻抗比例因数  $K_z$ ，温度因数  $K_c$ ，校准因数  $K_f$ ，电缆长度因数  $K_l$ 。

频率/Hz	$K_z (Z_m < 500 \Omega)$	$K_z (Z_m \geq 500 \Omega)$
小于 100	$(\frac{1 \cdot 10^{-3}}{ Z_m })(1 + \frac{200}{V_s})(1 + \sqrt{\frac{100}{f_m}})$	$ Z_m (1 \cdot 10^{-9})(1 + \frac{70}{V_s})(1 + \sqrt{\frac{100}{f_m}})$
100 至 100k	$(\frac{1 \cdot 10^{-3}}{ Z_m })(1 + \frac{200}{V_s})$	$ Z_m (5 \cdot 10^{-9})(1 + \frac{70}{V_s})$
大于 100k	$(\frac{1 \cdot 10^{-3}}{ Z_m })(2 + \frac{200}{V_s})$	$ Z_m (1 \cdot 10^{-8})(1 + \frac{70}{V_s})$

注：表中  $f_m$  为测试信号频率（单位：Hz）， $Z_m$  为阻抗（单位： $\Omega$ ）， $V_s$  为测试电平（单位：mV）

#### 温度因数 $K_c$

$$K_c = 0.25 \cdot (T - 20) \quad (\text{当 } K_c < 1 \text{ 时, } K_c = 1)$$

T 为室温

#### 校准因数 $K_f$


量程	频率/Hz			
	10 至 100	100 至 100k	100k 至 300k	300k 至 1M
10k $\Omega$	0	0	0.01	0.01
3k $\Omega$ 、30k $\Omega$	0.01	0.00	0.02	0.02
1k $\Omega$ 、100k $\Omega$	0.02	0.01	0.03	0.03
300 $\Omega$ 、300k $\Omega$	0.03	0.02	0.04	0.04
30 $\Omega$ 、100 $\Omega$	0.04	0.03	0.05	0.05

#### 电缆长度因数 $K_l$

0 米	1 米	2 米	4 米
$5 \cdot 10^{-4} \cdot (1 + 0.05 f_m)$	0	$5 \cdot 10^{-4} \cdot (1 + 0.05 f_m)$	$1 \cdot 10^{-3} \cdot (1 + 0.05 f_m)$

注：表中  $f_m$  为测试信号频率（单位：kHz）

1V 测试电平时，使用开尔文测试夹测量精度如下：



## 6.1.6 修正功能

本数字电桥系列数字电桥提供三种类型的修正功能：开路修正，短路修正和负载修正。

修正类型	描述
开路修正	补偿由测试夹具杂散导纳引起的误差
短路修正	补偿由测试夹具剩余阻抗引起的误差
负载修正	补偿在用户要求的测量条件下，实际被测量值与已知标准值之间的误差

## 6.1.7 列表扫描

### (1) 点数

共 100 个扫描点。

### (2) 一次参数

测试频率、测试信号电压、测试信号电流、直流偏置信号。

### (3) 触发模式

#### 顺序模式

触发一次时，器件在所有的扫描点上被测量。HANDLER 接口的/EOM/INDEX 只输出一次。

#### 步进模式

触发一次时，器件在下一个扫描点上被测量。HANDLER 接口的/EOM/INDEX 在每个点上都会输出一次，但是列表扫描比较器功能的结果只能在输出最后的/EOM 之后才提供。

### (4) 列表扫描的比较器功能

比较器功能使用户为每个测量点设置一对下限和上限。

用户可进行以下选择：通过第一扫描参数判断/不用于每一极限。

## 6.1.8 比较器功能

### (1) Bin 分类

一次参数可分类为 9 BIN、OUT\_OF\_BINS、AUX\_BIN。顺序模式或容差模式作为分类模式加入选择。

### (2) 极限设置

可设置绝对值、偏差值和百分偏差值。

### (3) Bin 计数

从 0 到 999999。

## 6.1.9 测量辅助功能

### (1) 数据缓冲功能

20k 组测量数据

### (2) 保存/调用功能

用户可将 10 个设置条件写进内置非易失存储器，或将 10 个设置条件从内置非易失存储器读出。

用户可将 10 个设置条件写进内置 USB 存储器，或将 10 个设置条件从内置 USB 存储器读出。

用户将设置条件写进 USB 存储器的寄存器 10 时，可执行自动调用功能。

### (3) 键锁定功能

本地模式可锁定前面板键；远程模式中按下可以退出远程模式。

### (4) GPIB

24 针 D-Sub 端口 (D-24 类)，阴接头与 IEEE488.1、2 和 SCPI 兼容。

### (5) USB 主机端口

通用串行总线插座，A 类 (4 个接触位置，接触位置 1 在用户的左边)；阴接头只与 USB 存储设备连接。最大消耗电流低于 200mA。

### (6) USB 接口端口

通用串行总线插座，小型 B 类（4 个接触位置）；与 USBTMC-USB488 和 USB 2.0 相符合，阴接头用于连接外部控制器。

### (7) LAN

100BaseT 以太网，8 引脚。

### (8) RS232C

DB9 母座；串口波特率（1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200）可设；8 位数据位，1 位停止位，无校验位。

## 6.2 选件

### 6.2.1 标配附件：

三芯电源线  
开尔文测试夹具  
光盘

### 6.2.2 选配附件：

GPIB 电缆  
RS232 串口线  
USB 数据线  
引线型测试夹具  
1m/2m 测试电缆  
贴片测试夹具  
贴片测试夹具（带电缆）

## 6.3 一般技术要求

### 6.3.1 电源

电源电压  
200V~240V  
电源频率  
45Hz~55Hz  
功耗  
≅20W

### 6.3.2 操作环境

温度  
0°C~40°C  
湿度  
15%至 85%  
海拔  
0 米至 2k 米

### 6.3.3 存储环境

温度

### 6.3.4 外部尺寸

330mm\*285mm\*136mm（长\*宽\*高）

0°C~40°C

湿度

15%至 85%

海拔

0 米至 2k 米

## 6.3.5 显示

7 寸 TFT 液晶屏，分辨率 800\*480

## 6.4 性能测试

以下内容描述的是对本章节中的技术指标的测试方法。

### 6.4.1 测试条件

➤ 温度保持  $20 \pm 2^\circ\text{C}$       湿度保持  $50 \pm 20\%$       检定前机器预热 30 分钟

### 6.4.2 测试工具

序号		备注
1	标准电阻器 (10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ)	准确度 $\leq 0.02\%$
2	标准电容器 (100pF、1000pF、0.01μF、0.1μF、1μF)	准确度 $\leq 0.02\%$
3	标准电感器 (0.1mH、1mH、0.01H、0.1H、1H)	准确度 $\leq 0.02\%$
4	引线型带电缆测量夹具	标配
5	六位半数字万用表	带频率计功能

### 6.4.3 测试项目

频率准确度，电平输出、测量准确度，内部偏置电压准确度，电阻测量精度，电容测量精度，电感测量精度；

### 6.4.4 测试步骤

**频率准确度**

检定点：10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、50kHz

- 1.将测量夹具安装在本数字电桥的输出端口上，两个夹子分别夹住万用表的两个表笔；
- 2.将六位半设置为 FREQ 模式；
- 3.操作本数字电桥：输出电压为 1V,偏置为内部，偏压为 0V，触发为内部，速度为慢速；
- 4.根据检定点要求，在**频率**选项中进行设置，观察六位半的测量结果，记录在**测量值**一栏中；

5.重复步骤 4，直到完成所有检定点的测试；

6.对比实际准确度是否达标。

### 电平输出、测量准确度

检定点：10mV、50mV、100mV、500mV、1V

1.将测量夹具安装在本数字电桥的输出端口上，两个夹子分别夹住万用表的两个表笔；

2.将六位半设置为 ACV 模式；

3.操作本数字电桥：频率 1kHz，偏置为内部，偏压为 0V，触发为内部，速度为慢速；

4.根据检定点要求，在**电平**选项中进行设置，观察万用表的显示值和本数字电桥屏幕下方 VAC 显示值，分别记录在**测量值、显示值**中；

重复步骤 4，直到完成所有检定点的测试；

6.对比实际准确度是否达标。

### 内部偏置电压准确度

检定点：0V、0.5V、-0.5V、2V、-2V

1.将测量夹具安装在本数字电桥的输出端口上，两个夹子分别夹住万用表的两个表笔；

2.将六位半设置为 DCV 模式；

3.操作本数字电桥：频率 100Hz，电平为 10mV，量程为 30  $\Omega$ ，偏置为内部，触发为内部，速度为慢速；

4.根据检定点要求，在**偏压**选项中进行设置，观察万用表的显示值，记录在**测量值**中；

5.重复步骤 4，直到完成所有检定点的测试；

6.对比实际准确度是否达标。

### 电阻准确度测量

检定点：10  $\Omega$ 、100  $\Omega$ 、1k  $\Omega$ 、10k  $\Omega$ 、100k  $\Omega$

测试频率：1kHz

- 将测量夹具安装在本数字电桥的输出端口上；

- 测量前先做开路、短路修正；

3.操作本数字电桥：电平为 1V，偏置为内部，偏压为 0V，触发为内部，速度为慢速，量程为自动，功能为 Rs-Xs；

4.根据检定点要求，连接相应电阻器；

5.分别调节至各个频率，并测量记录下数据；

6.重复步骤 4、5，直到完成所有测试；

7.对比实际准确度是否达标。

### 电容准确度测量

检定点：100pF、1000pF、0.01 $\mu$ F、0.1 $\mu$ F、1 $\mu$ F

测试频率：100Hz、1kHz、10kHz、100kHz

1.将测量夹具安装在本数字电桥的输出端口上；

2.测量前先做开路、短路修正；

3.操作本数字电桥：频率 1kHz，电平为 1V，偏置为内部，偏压为 0V，触发为内部，速度为慢速，量程为自动，功能为 Cp-D；



- 4.根据检定点要求，连接相应电容器；
- 5.分别调节至各个频率，并测量记录下数据；
- 6.重复步骤 4、5，直到完成所有测试；
- 7.对比实际准确度是否达标。

### 电感准确度测量

检定点：0.1mH、1mH、0.01H、0.1H、1H

测试频率：100Hz、1kHz、10kHz、100kHz

- 1.将测量夹具安装在本数字电桥的输出端口上；
- 2.测量前先做开路、短路修正；
- 3.操作本数字电桥：频率 1kHz，电平为 1V，偏置为内部，偏压为 0V，触发为内部，速度为慢速，量程为自动，功能为 Ls-Q；
- 4.根据检定点要求，连接相应电感器；
- 5.分别调节至各个频率，并测量记录下数据；
- 6.重复步骤 4、5，直到完成所有测试；
- 7.对比实际准确度是否达标。

## 七、Handler 接口使用说明

本数字电桥给用户提供了 Handler 接口，该接口主要用于仪器分选结果的输出。当仪器使用自动元件测试系统中时，该接口提供与系统的联络信号和分选结果输出信号。分选结果输出对应比较器的 10 档输出。Handler 接口设计是灵活的，使用不同的操作程序后，所有输出信号状态根据使用要求定义的。

### 技术说明

下表显示了本数字电桥 Handler 接口技术说明。

---

输出信号：负有效，开集电极输出，光电隔离

档比较功能：合格档号，超差档，和不合格的状态

列表扫描比较功能：各扫描点的 IN/OUT 及整个比较结果的 pass/fail

INDEX：模拟测量完成

EOM：一次测量完成

Alarm：瞬间掉电检测通知

输入信号：光电隔离

Keylock：前面板键盘锁定

External Trigger：脉宽  $\geq 1\mu\text{S}$

### 操作说明

#### 信号线定义

HANDLER 接口使用三种信号：比较输出、控制输出及控制输入。档比较功能和列表扫描比较功能的信号线分别被定义成不同的比较输出信号和控制输入信号。以下为当使用档比较功能或列表扫描比较功能是 Handler 接口的信号定义。

#### 比较功能信号线

比较功能信号线定义如下：

- 比较输出信号：/BIN1 -- /BIN9, /AUX, /OUT, /PHI(主参数偏高), /PLO(主参数偏低), /SREJ(副参数不合格)。


- 控制输出信号：/INDEX(模拟测量完成信号), /EOM(测量结束比较数据有效信号), /ALARM(仪器掉电信号)。

- 控制输入信号：


/EXT.TRIG(外部触发信号)和/Keylock(键盘锁)。

管脚号	信号名	描述
1	/BIN1	
2	/BIN2	
3	/BIN3	
4	/BIN4	
5	/BIN5	
6	/BIN6	分档结果：所以/BIN 输出都是开集电极输出
7	/BIN7	
8	/BIN8	
9	/BIN9	
10	/OUT	
11	/AUX	
12	/EXT.TRIG	外部触发：当触发模式设为 EXT.TRIG（外部触发）时，本表被加到该管脚上的上升沿脉冲信号所触发。
13		
14	/EXT.DCV2	外部直流电压 2：与仪器内光电耦合的信号（/EXT.TRIG, /KeyLock, /ALARM, /INDEX, /EOM）的直流电源供给脚。
15		
16	NC	没有连接
17		
18		
19	/PHI	主参数偏高：测量结果比 BIN1 到 BIN9 中的上限数值大。
20	/PLO	主参数偏低：测量结果比 BIN1 到 BIN9 中的下限数值小。
21	/SREJ	副参数不合格：测量结果不在副参数上下限范围内。
22	NC	
23	NC	没有连接
24	NC	
26	NC	

25	/KEY LOCK	当该线有效时，本表所有前面板功能键都被锁定，不再起作用。
27 28	EXT.DCV1	外部直流电压 1：与仪器内光电耦合的信号（/EXT.TRIG, /KeyLock, /ALARM, /INDEX, /EOM）的直流电源供给脚。
29	/ALARM	当掉电发生时，/ALARM 有效。
30	/INDEX	当模拟测量完成且本表可以在测试端连接下一个被测件（DUT）是/INDEX 信号有效。然而，比较结果信号直到/EOM 有效时才是有效的。
31	/EOM	测量结束：当测量数据和比较结果有效时该信号有效。
32 33	COM2	外部电源 EXTV2 使用的参考地。
34 35 36	COM1	外部电源 EXTV1 使用的参考地。



### Handler 接口管脚定义



时序图

时间	最小数值	最大数值
T1 触发脉冲	1uS	----
T2 测量起始延迟时间	200uS	显示时间 <sup>3</sup> +200uS
T3 /EOM 输出后触发等待时间	0uS	----

测量时间参照本数字电桥操作说明书

典型的比较时间约为 1ms

### 列表扫描比较器的信号线定义

列表扫描比较功能信号定义与档比较功能中定义不同。器定义如下所示：

#### 1.比较输出信号

/BIN1 - /BIN9 和/AUX 分别代表扫描点 1 到 10 处的 IN/OUT 测试结果。/OUT 表示被测件测试合格/不合格。这些信号在扫描周期结束时输出。

#### ● 控制信号

/INDEX(模拟测量结束)和/EOM (测量周期结束) 信号的输出定时随列表扫描的扫描模式不同而不同。

#### 1.顺序扫描模式

完成扫描周期最后的模拟测量时，输出/INDEX。当扫描周期结束后，所有的比较器测试结果变得可用时，输出/EOM。

#### 1.步进扫描模式

扫描周期每个步进中的模拟测量步进结束后输出/INDEX。当扫描周期每个步进中的所有测量结束时输出/EOM。

### 列表扫描比较器的引脚布局

管脚号	信号名	描述
1	/BIN1	扫描点 1 处超出极限
2	/BIN2	扫描点 2 处超出极限
3	/BIN3	扫描点 3 处超出极限
4	/BIN4	扫描点 4 处超出极限
5	/BIN5	扫描点 5 处超出极限
6	/BIN6	扫描点 6 处超出极限
7	/BIN7	扫描点 7 处超出极限
8	/BIN8	扫描点 8 处超出极限
9	/BIN9	扫描点 9 处超出极限
10	/OUT	任意扫描点超出极限
11	/AUX	扫描点 10 超出极限
12	/EXT.TRIG	外部触发：当触发模式设为 EXT.TRIG (外部触发) 时，本表被加到该管脚上的上升沿脉冲信号所触发。
13		

14	/EXT.DCV2	外部直流电压 2: 与仪器内光电耦合的信号
15		(/EXT.TRIG, /KeyLock, /ALARM, /INDEX, /EOM) 的直流电源供给脚。
16	NC	
17		没有连接
18		
19	/PHI	主参数偏高: 测量结果比 BIN1 到 BIN9 中的上限数值大。
20	/PLO	主参数偏低: 测量结果比 BIN1 到 BIN9 中的下限数值小。
21	/SREJ	副参数不合格: 测量结果不在副参数上下限范围内。
22	NC	
23	NC	没有连接
24	NC	
26	NC	
25	/KEY LOCK	当该线有效时, 本表所有前面板功能键都被锁定, 不再起作用。
27	EXT.DCV1	外部直流电压 1: 与仪器内光电耦合的信号
28		(/EXT.TRIG, /KeyLock, /ALARM, /INDEX, /EOM) 的直流电源供给脚。
29	/ALARM	当掉电发生时, /ALARM 有效。
30	/INDEX	当模拟测量完成且本表可以在测试端连接下一个被测件 (DUT) 是 /INDEX 信号有效。然而, 比较结果信号直到 /EOM 有效时才是有效的。
31	/EOM	测量结束: 当测量数据和比较结果有效时该信号有效。
32 33	COM2	外部电源 EXTV2 使用的参考地。
34 35 36	COM1	外部电源 EXTV1 使用的参考地。

### 电气特性

直流隔离输出: 每个直流输出 (管脚 1 到 16) 都是经集电极开路光电耦合器输出隔离的。每根线输出电压由 HANDLER 接口板上的一上拉电阻设定。上拉电阻与内部提供电压 (+5V) 连接, 或通过跳线与外部供给电压 (EXTV: +5V) 连接。

直流隔离输出电气特征







输出信号	输出额定电压	最大电流	电路参考地
	LOW	HIGH	

比较信号				内部上拉电压:
/BIN1 - /BIN9				机器地
/AUX				
/OUT	$\leq 0.5V$	+5V~+24V	6mA	外部电压:
/PHI				COM1
/PLO				
控制信号				内部上拉电压:
/INDEX				机器地
/EOM	$\leq 0.5V$	+5V -- +24V	5mA	外部电压:
/ALAOM				COM2

## 八、电路原理和公式

### 串联/并联电路模型

如下描述了 6 种串联和并联等效电路的电路模型和公式：电容、电感和电阻。公式包含所有的首测量和次测量类型。

电容 (C)	串联原理图	并联原理图
		
	串联公式	并联公式
	$C_s = C_p(1 + D^2)$	$C_p = \frac{C_s}{(1 + D^2)}$
电感 (L)	串联原理图	并联原理图
		
	串联公式	并联公式
	$L_s = \frac{L_p}{(1 + \frac{1}{Q^2})}$	$L_p = L_s(1 + \frac{1}{Q^2})$
电阻 (R)	串联原理图	并联原理图
		
	串联公式	并联公式

$$R_s = \frac{R_p}{(1+Q^2)} \qquad R_p = R_s(1+Q^2)$$

电阻 (R) 和电导 (G=1/R) 公式

电阻是用来衡量电流流过两端点间困难程度的物理量。电导是电阻的倒数，度量电流流经两端点的容易程度。

电阻	电导
串联电阻 $R_s$	并联电导 $G_p (=1/R_p)$
并联电阻 $R_p$	

公式	$R = \frac{V}{I} = \frac{1}{G} = Z_s - jX$ $= Z_s - j\omega L = Z_s + \frac{j}{\omega C}$	$G_p = \frac{I}{V} = \frac{1}{R} = Y_p - jB$ $= Y_p - j\omega C = Y_p + \frac{j}{\omega L}$
----	---	---

$ Z_s  = \sqrt{(R^2 + X^2)}$	$ Y_s  = \frac{GB}{\sqrt{(G^2 + B^2)}}$
------------------------------	---

$ Z_p  = \frac{RX}{\sqrt{(R^2 + X^2)}}$	$ Y_p  = \sqrt{(G^2 + B^2)}$
---	------------------------------

$R_s =  Z  \cos \theta$	$G_p =  Y  \cos \theta$
-------------------------	-------------------------

电容 (C) 公式

电容测量存储在两端子间的电子电荷数。

串联电容 $C_s$	并联电容 $C_p$
$Z_s = R - \frac{j}{\omega C}$	$Y_p = G + j\omega C$

$Q = \frac{1}{\omega C_s R_s}$	$Q = \omega C_p R_p$
--------------------------------	----------------------

$D = \omega C_s R_s$	$D = \frac{G_p}{\omega C_p}$
----------------------	------------------------------

电抗 (X) 和电纳 (B=1/X) 公式

电抗是由电容和电感引起的阻抗 (Z) 虚部的大小。电纳是电抗的倒数，数值等于导纳

(Y) 的虚部。导纳与阻抗互为倒数。

串联电抗 $X_s$	并联电纳 $B_p$
$X = \frac{1}{B} =  Z  \sin \theta$	$B = \frac{1}{X} =  Y  \sin \theta$
$ Z_s  = \sqrt{(R^2 + X^2)}$	$ Y_s  = \frac{GB}{\sqrt{(G^2 + B^2)}}$
$ Z_p  = \frac{RX}{\sqrt{(R^2 + X^2)}}$	$ Y_p  = \sqrt{(G^2 + B^2)}$
$X_s =  Z  \sin \theta$	$B_p =  Y  \sin \theta$

阻抗 (Z) 和导纳 (Y=1/Z) 公式

阻抗是衡量两个端子对交流总的阻碍作用。导纳是阻抗的倒数，它是衡量交流电流流经两端点间容易程度的物理量。

	阻抗 (Z)	导纳 (Y)
公式	$Z = \frac{E}{I} = \frac{1}{Y}$	$Y = \frac{I}{E} = \frac{1}{Z}$
	$Z_s = R + jX$	$Y_p = G + jB$
	$= R + j\omega L = R - \frac{j}{\omega C}$	$= G + j\omega C = G - \frac{j}{\omega L}$
	$ Z_s  = \sqrt{(R^2 + X^2)}$	$ Y_s  = \frac{GB}{\sqrt{(G^2 + B^2)}}$
	$ Z_p  = \frac{RX}{\sqrt{(R^2 + X^2)}}$	$ Y_p  = \sqrt{(G^2 + B^2)}$
	$R_s =  Z  \cos \theta$	$G_p =  Y  \cos \theta$
	$X_s =  Z  \sin \theta$	$B_p =  Y  \sin \theta$

品质因数 (Q) 和损耗因数 (D) 公式

品质因数与损耗因数互为倒数。它们是用来衡量在测量频率下的能量耗散率的物理量。  
低能耗：高 Q，低 D；高能耗：低 Q，高 D。

品质因数 (Q)                      损耗因数 (D)



公式	$Q = \frac{\omega L_s}{R_s} = \frac{1}{\omega C_s R_s}$	$D = \frac{R_s}{\omega L_s} = \omega C_s R_s$
	$= \frac{R_p}{\omega L_p} = \omega C_p R_p$	$= \frac{G_p}{\omega C_p} = \omega L_p G_p$
	$= \frac{1}{\tan(90 - \theta)^\circ} = \frac{1}{D}$	$= \tan(90 - \theta)^\circ = \frac{1}{Q}$



相位角 ( $\theta$ ) 公式

相位角 ( $\theta$ ) 是指测量阻抗 ( $Z$ )、导纳 ( $Y$ )、品质因数 ( $Q$ ) 和损耗因数 ( $D$ ) 所在的相位。

相位角 ( $\theta$ )

$Z_s = R + jX$	$Y_p = G + jB$
$= R + j\omega L = R - \frac{j}{\omega C}$	$= G + j\omega C = G - \frac{j}{\omega L}$
$Q = \frac{1}{\tan(90 - \theta)^\circ} = \frac{1}{D}$	$D = \tan(90 - \theta)^\circ = \frac{1}{Q}$
$R_s =  Z  \cos \theta$	$G_p =  Y  \cos \theta$
$X_s =  Z  \sin \theta$	$B_p =  Y  \sin \theta$


## 开路 and 短路校准原理及公式



开路测量时：因为  $R_s + j\omega L_s \ll \frac{1}{G_o + j\omega C_o}$  所以  $Y_o = G_o + j\omega C_o$

短路测量时：  $Z_s = R_s + j\omega L_s$

校准模型如下



$$\text{校准公式: } Z_{dut} = \frac{Z_{xm} - Z_s}{1 - (Z_{xm} - Z_s)Y_o}$$

**Z<sub>dut</sub>**: 被测元件的阻抗值      **Z<sub>xm</sub>**: 仪器测得的阻抗值      **Y<sub>o</sub>**: 杂散电容的导纳  
**Z<sub>s</sub>**: 剩余阻抗的阻抗值

## 九、注意事项和保修

### 9.1 包装

测量仪器一般应用塑料袋连同附件、备件、使用说明书和产品合格证等装在防尘、防震和防潮的坚固包装箱中。

### 9.2 运输

测量仪器在运输过程中应小心轻放、防潮、防淋。

### 9.3 贮存

测量仪器贮存在环境温度为 5°C~40°C，相对湿度 15%至 85%的通风室内，空气中不应含有腐蚀测量仪的有害杂质。

### 9.4 保修

本仪器维修须专业技术人员进行维修；维修时请不要擅自更换仪器内部各器件；对仪器维修后，须重新计量校准，以免影响测试精度。由于用户盲目维修，更换仪器部件造成仪器损坏不属保修范围，用户应承担维修费用。

销售商：深圳市驿生胜利科技有限公司  
地 址：深圳市福田区泰然六路泰然大厦D座16楼  
电 话：4000 900 306  
          (0755) 82425035 82425036  
传 真： (0755) 82268753  
<http://www.china-victor.com>  
E-mail:victor@china-victor.com

生产制造商：西安北成电子有限责任公司  
地 址：西安市泾河工业园北区泾园七路  
电 话：029-86045880